

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet**
(9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.)
bankszámla száma: 10033001 00324223 00000000
adószáma: 15367307-2-08,
képviselőként eljár **Dr. Benedek Zoltán** főigazgató,
továbbiakban mint **Vevő**,

másrészről
neve: **Hoge Orvosi Műszer Kft.**
székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.
cégjegyzék száma: 01-09-062505
bankszámla száma: 10900035-00000002-95890009
adószáma: 10246887-2-41
képviselőként eljár **Ónody Péter** ügyvezető,
továbbiakban mint **Eladó**

között, alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

Preambulum

Vevő a Kbt. 117. §-a alapján a nemzeti eljárásrend vonatkozó szabályai szerint bonyolította le a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére „*Műtőtermi készülékek és műszerek szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítása*” tárgyú közbeszerzési eljárást. Eladó ajánlatát a lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Bírálóbizottság felülvizsgálta, a szerződés teljesítésére alkalmasnak, legkedvezőbb ajánlattevőnek minősítette, mely javaslatot a döntéshozó elfogadott, és mint az eljárás nyertesével köti meg a szerződést.


1. A szerződés tárgya, mennyisége

A szerződés tárgya:

- 1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező termékek az 1. sz. mellékletben kerültek feltüntetésre, mely melléklet tartalmazza a termékek részletes specifikációját is a benyújtott ajánlat alapján.
- 1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretében kizárólag új termék szállítható. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés keretében általa szállítandó valamennyi termék megfelel a vonatkozó szabványoknak és a törvényben és a törvényhez kapcsolódó hatályos rendeletekben, valamint az eljárást megindító felhívásban és a dokumentumokban foglaltaknak. Az eladó kifogástalan minőségű termék szállítására köteles. Eladó tudomásul veszi, hogy mindezekért a Ptk.-ban foglalt szabályok szerint szavatossági- és kárfelelősséggel tartozik.
- 1.3. Jelen szerződés aláírásával Vevő megrendeli, az Eladó kötelezettséget vállal az 1. sz. mellékletben részletezett termékek szállítására.

2. A szerződés időtartama

- 1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy az 1.1 pontban részletezett termékek leszállításának, telepítésének, üzembe helyezésének és kezelőszemélyzet betanításának határideje 77 nap, jelen szerződés hatályba lépésétől számítva.



- 1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy Vevő az előteljesítéshez hozzájárulását adja. Eladó köteles a Vevőt a teljesítés idejéről 5 munkanappal korábban értesíteni.

3. A teljesítés helye

- 3.1. Jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékeket Eladó az alábbi helyszínrre köteles leszállítani:
9330-Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 10.

4. Fizetési feltételek


- 4.1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó a teljesítés ellenértékeként 41.042.530 Ft + 27 %ÁFA, azaz bruttó 52.124.013 számlázására jogosult, amely magában foglalja a termékek jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott helyszínrre történő kiszállításának, telepítésének, üzembe helyezésének és kezelőszemélyzet helyszíni történő oktatásának a költségét is. A megjelölt ellenérték megbontását jelen szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Az ellenérték semmilyen jogcímen nem módosítható.

- 4.2. A Szerződés és a kifizetés pénzneme Forint (HUF).
- 4.3. Vevő előleget nem fizet.
- 4.4. Vevő a teljesítés ellenértékét utólag, az Eladó - szerződésnek és jogszabályoknak megfelelően kiállított - számlája Vevő általi kézhezvételének napját követően a Kbt. 135. § és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint banki átutalással egyenlíti ki.
- 4.5. A kifizetés határideje a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Vevő általi kézhezvételétől számított 30 nap.
- 4.6. Az Art 36/A. § rendelkezései irányadóak.
- 4.7. Eladó a jelen pontban rögzített ellenértéken felül semmilyen jogcímen további ellenértéket nem érvényesíthet, amely a tárgyi szerződés teljesítéséhez kapcsolódik. A benyújtott számla kötelező melléklete a Vevő által kiadott teljesítés igazolás.
- 4.8. Eladót a Vevő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés rendelkezéseiben rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg. Megrendelő késedelmi kamatot a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig köteles megfizetni.
- 4.9. Eladó számlaszáma: 10900035-00000002-95890009

5. Az Eladó jogai és kötelezettségei

- 5.1. Eladó feladata saját költségére és veszélyére az eszközöknek a teljesítési helyre történő leszállítása és a Vevő birtokába adása.
- 5.2. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a tevékenységének eredményességét, vagy a határidőre vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja.
- 5.3. Eladó köteles a szállított eszközökhöz magyar nyelvű használati, kezelési útmutatót csatolni.
- 5.4. Eladó a leszállított termékek vonatkozásában 24 hónap teljes körű jótállás (helyszíni garancia) nyújtására köteles. Eladó kötelezettsége a helyszíni hibaelhárítás megkezdése szakszerelőkkel garanciális időszakban és a garancián túl is a hibabejelentését követő 48 órán belül. A hibaelhárítás



megkezdését követő 8 naptári napon belül a hibát el kell hárítani. Amennyiben a hiba elhárítása ezen határidőn belül nem történik meg, úgy Eladó cserekészüléket köteles biztosítani.

- 5.5. Eladó teljesítésében az ajánlatában megjelölt, illetve a szerződéskötéssel egyidejűleg írásban bejelentett alvállalkozó működhet közre. A szerződés teljesítésének időtartama alatt az előzetesen bejelentett alvállalkozón túl alvállalkozó akkor foglalkoztatható, ha azt Eladó bejelenti és egyidejűleg nyilatkozik, hogy nevezett nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

6. Vevő kötelezettsége

- 6.1. A vevő kötelezettséget vállal, hogy a kiépített épületgépészeti csatlakozásokat és a rendeltetésszerű üzemeltetéshez szükséges energiát biztosítja. Kötelezettséget vállal továbbá, hogy csatlakozások, a telepítési hely és a falazat kiépítése és energia ellátás a gyári telepítési utasításoknak megfelelően.

7. Szerződésszegés

- 7.1. Szerződő felek a késedelmes és nem teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg.
- 7.2. Eladó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha a neki felróhatóan
- késedelmesen teljesít,
 - a teljesítés felróható magatartása miatt meghiúsul.
- 7.3. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
- Késedelmi kötbér: Ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett nettó szerződéses ellenérték 0,5%-a/napnak megfelelő, max. 15 nap mértékű kötbér megfizetésére köteles.
 - Hibás teljesítési kötbér: Ajánlattevő hibás teljesítése esetén a hibával érintett nettó szerződéses ellenérték 0,5%-a/napnak megfelelő, max 15 nap mértékű kötbér megfizetésére köteles.
 - Meghiúsulási kötbér: A szerződés ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén a teljes nettó szerződéses érték 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
- A kötbér max. értékének elérése esetén a szerződés súlyos szerződésszegés címén felmondásra kerül. Egyes kötbérek tekintetében irányadóak még a Ptk. 6:186. §. (1) bekezdésében írtak is.
- 7.4. Eladó mentesül a szerződésszegés következménye alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis major miatt nem tudja teljesíteni. A Vevőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.
- 7.5. Késedelmi kamat: A késedelem időtartamára a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű kamat.

8. Szerződés hatályba lépése és felmondása

- 8.1. Jelen szerződés a szerződő felek általi aláírással lép hatályba. Ezen szerződés a teljesítéssel szűnik meg.
- 8.2. A szerződés felmondására csak rendkívüli esetben kerülhet sor. A felmondási idő 15 nap. A felmondást írásban kell a másik félhez eljuttatni.



Azonnali hatályú felmondásnak minősül, ha

- Eladó késedelmesen teljesít a 7.3. pontban írtak szerint;
- Eladó nem minősül átlátható szervezetnek.

- 8.3. Eladó kijelenti, hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben a szerződés időtartama alatt eladó elveszíti átláthatóságát, úgy az felmondási oknak minősül.
- 8.4. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és b) pontjaiban írt esetekben.

9. Egyéb feltételek

- 9.1. Minden, jelen szerződés keretében a felek által küldött értesítésnek frott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közti levelezés nyelve: magyar.
- 9.2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentáció a Vevő hozzájárulása nélkül nem adható át harmadik személynek.
- 9.3. Szerződő felek mentesülnek jelen szerződésből fakadó kötelezettségeiknek nem, vagy nem részleges teljesítésével kapcsolatos felelőssége alól, ha a nemteljesítés elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes kereskedelmi kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében állnak elő. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkeztéről, illetve megszüntéről 15 napon belül értesíteni.
- 9.4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben – írásban – kerülhet sor.
- 9.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdésében írtakra hivatkozva Eladó kiköti, hogy Vevő
- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és amelyek Vevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti;
 - a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybe vétele nélkül.
- 9.6. Kapcsolattartás
Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:
Dr. Kerekes György, Tel.: +3696596501
Eladó részére kapcsolattartásra kijelölt személy:
Kovács Péter, Tel.: +3612505162



- 9.7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános, abba bárki betekinhet. Vevő a megkötött szerződést honlapján a Kbt. 43. (1) bekezdés d) pontja alapján közzéteszi.
- 9.8. Jelen szerződés 4 példányban, magyar nyelven készült, melyből 2 példány a Eladót, 2 példány a Vevőt illeti.


10. Eljáró bíróság, alkalmazott jog

- 10.1. A szerződés teljesítéséből eredő bármely esetleges jogvitát a felek megkísérlik békés úton rendezni, a Kbt. 177. §-a szerinti jogvita tekintetében alávetik magukat a Győri Törvényszék, illetve a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének, a pertárgy értékétől függően.
- 10.2. Az alkalmazott jog a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és a Közbeszerzési Törvény (2015. évi CXLIII. törvény).

Felek jelen szerződést átolvasást és egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag írják alá.

Kapuvár, 2017. április hó 4. nap

Vevő:


Dr. Benedek Zoltán
főigazgató




Eladó:


HOGE
HOGE ORVOSI MŰSZER KFT.
1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.

Ónody Péter
ügyvezető

Kapuvár, 2017. április hó 4. nap


Vámosné Ader Anna Mária
gazdasági igazgató



Mellékletek:


1. sz. melléklet: Szakmai specifikáció
2. sz. melléklet: Pénzügyi ajánlat

Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....
Kapuvár, 2017. 04. 04.



Szakmai specifikáció

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a large 'Q' and a cursive flourish.

1. tétel: Altatógép

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Maquet Critical Care AB

Típus: Maquet Flow-i C20

Hivatalos belföldi szervizpartnere: HOGE Orvosi Műszer Kft.

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Magyar nyelvű szoftver és kezelőfelület	Igen	Igen
Elektronikus vezérlés	Igen	Igen
Felnőttek gyermekek és csecsemők altatására egyaránt alkalmas	Igen	Igen
A készülék alkalmas legyen az ún. low flow anesztéziára, azaz a páciens által kilégtetett gázok szódatartályon keresztüli megszűrése és újra felhasználása révén minimálisra csökkenthető kell hogy legyen a friss gáz áramlás	Igen	Igen
Friss gáz áramlás minimuma: max. 0,5 liter/Perc	Igen	0,3 liter/perc
Altatógép fiókjainak száma	min. 2	2
Nagyméretű író és munkafelület	Igen	Igen
Akkumlátoros üzemidő min. 90 perc	Igen	90 perc
1 db Isoflurane vaporizátor	Igen	Igen
Beépített váladákszívó és oxigenizáló egység	Kérjük megadni!	Igen
Saját képernyő forgatható, dönthető, érintőképernyős	Igen	Igen
A saját képernyőn egyidejűleg megjeleníthető valós idejű görbék száma min. 4	Kérjük megadni! Előny a több görbe	Saját képernyőn egyidejűleg megjeleníthető valós idejű görbék száma: 6
Minden esemény és adat USB-memóriára való letölthetősége.	Kérjük megadni!	Igen
Ultrahangos áramlás szenzor megléte a kis áramlási ellenállás érdekében	Kérjük megadni!	Igen
Használat közben is tölthető, injektoros porlasztók	Kérjük megadni!	Igen
O ₂ -koncentráció mérés ultrahangos vagy paramágneses technológiával, hogy az O ₂ cellát ne kelljen cserélni	Kérjük megadni!	Igen
Oxigén és N ₂ O palackcsatlakozások beépített nyomáscsökkentővel	Igen	Igen
Lélegeztetési üzemmódok		
Manuális/spontán	Igen	Igen
Volumenvezérelt üzemmód	Igen	Igen
Nyomásvezérelt üzemmód	Igen	Igen
Légzéstérfogat	min. 20-1400 ml	20-2000 ml

Compliance/resistance kompenzáció	Igen	Igen
Szivárgás kompenzáció	Igen	Igen
Légzési frekvencia	min. 4-60	4-100
I:E arány	min. 1:4-4-1	1:10-4:1
PEEP tartomány	min. 1-20 H2Ocm	0-50
Belégzési áramlás maximuma, min 85 l/perc	Igen	200 l/perc
O ₂ öblítés	Igen	Igen
Integrált állítható kézi lélegeztető szelep (APL)	Igen	Igen
Riasztások		
Magas/alacsony légzési perctérfogat	Igen	Igen
Magas/alacsony altatógáz koncentráció	Igen	Igen
Magas légúti nyomás	Igen	Igen
Magas/alacsony O ₂ /CO ₂ koncentráció	Igen	Igen
Magas/alacsony PEEP	Igen	Igen
Oxigén gáz kimaradás	Igen	Igen
Apnoe	Igen	Igen
Magas/alacsony légzési frekvencia	Igen	Igen
Alacsony akkumulátor kapacitás	Igen	Igen



2. tétel: Artroszkópos optika

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Eberle

Típus: 900004

Hivatalos belföldi szervizpartnere: Smithmann Hungary Kft.

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Átmérő: 4 mm	Igen		Igen, átmérő: 4 mm
Hossz: min. 160 mm	Igen		Igen, hossz: 175 mm
Nézőirány: 30°	Igen		Igen, nézőirány: 30°
Autoklávozható legalább 121° C fokon	Igen		Igen, autoklávozható 121 és 134 °C-on



3. tétel: Állítható kezelőágy


Mennyiség: 1 db

Gyártó: Inmoclinc

Típus: 14913

Hivatalos belföldi szervizpartnere: Smithmann Hungary Kft.

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Beégetett műanyagestéssel ellátott acél vázszerkezet	Igen		Igen, beégetett műanyagestéssel ellátott acél vázszerkezet
Elektromos magasságállítás	Igen		Igen, elektromos magasságállítás
Vezérlés lábpedállal	Igen		Igen, vezérlés lábpedállal
A magasság állítás tartományának a minimuma max. 60 cm	Igen, kérjük megadni		A magasság állítás tartományának a minimuma 57 cm
A magasság állítás tartományának a maximuma min. 90 cm	Igen, kérjük megadni		A magasság állítás tartományának a maximuma 93 cm
Három részes fekvőfelület	Igen		Igen, három részes fekvőfelület
Legalább 10 féle színben választható, műbőr huzat	Igen, kérjük megadni		Igen, 12 féle színben választható, műbőr huzat
Állítható fejtartó	Igen		Igen, állítható fejtartó
A fejtartó állíthatósága: legalább 70° úgy, hogy a minimumérték a 0°	Igen, kérjük megadni az állíthatósági intervallumot, kezdő és végszöggel		Igen, a fejtartó állíthatósága: 70° úgy, hogy a minimumérték a 0°
Orrslicc a fejtartón	Igen		Igen, orrslicc a fejtartón
Varrásmentes huzat a fekvőfelületen	Igen		Igen, varrásmentes huzat a fekvőfelületen
Állítható lábtartó és derékrész	Igen		Igen, állítható lábtartó és derékrész
Trendelenburg állítási lehetőség	Igen		Igen, Trendelenburg állítási lehetőség
A háttámla fejtartó funkcióval hossza min. 60 cm, max. 70 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, háttámla fejtartó funkcióval hossza 60 cm
A feklap hossza min. 190 cm, max. 200 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a feklap hossza 195cm
A feklap szélessége min. 60 cm, max. 70 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a feklap szélessége 65 cm

Lámpedállal kerekre állítható és gördíthető	Igen		Igen, lámpedállal kerekre állítható és gördíthető
---	------	--	---

A. Q. [signature]

4. tétel: Állítható magasságú fekvőkocsi

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Inmoclinc

Típus: 10006

Hivatalos belföldi szervizpartnere: Smithmann Hungary

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Betegszállító kocsi	Igen		Igen, betegszállító kocsi
Műanyag alapú porfestékkel festett acél kivitel	Igen		Igen, műanyag alapú porfestékkel festett acél kivitel
Két részes fekvő felület	Igen		Igen, két részes fekvő felület
Fekvő felület mérete min. 185x60 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a fekvő felület mérete 190x60 cm
Műbőr bevonatú matrac	Igen		Igen, műbőr bevonatú matrac
Legalább tíz színben választható matrac borítás	Igen, kérjük megadni		Igen, 12 színben választható matrac borítás
A matracfelület fertőtleníthető	Igen		Igen, a matracfelület fertőtleníthető
Lámpedállal hidraulikusan állítható magasságú fekvőfelület	Igen		Igen, lámpedállal hidraulikusan állítható magasságú fekvőfelület
Fekvőfelület magassága állítható min. 50-85 cm között	Igen, kérjük megadni		Igen, a fekvőfelület magassága állítható 50-90 cm között
Fogasléces háttámla állítás	Igen		Igen, fogasléces háttámla állítás
A háttámla állíthatóság	Min. 0-65°		Igen, a háttámla állíthatósága 0-70°
Az kocsi fekvőfelülete mellé összecukható oldalkorlátok	Igen		Igen, a kocsi fekvőfelülete mellé összecukható oldalkorlátok
Állítható magasságú infúziós állvány	Igen		Igen, állítható magasságú infúziós állvány
Kerekek átmérője	Min. 120 mm		Igen, a kerekek átmérője 125 mm
Kettő kerék legalább fékezhető	Igen, kérjük megadni		Igen, kettő kerék fékezhető
Egyenesfutás funkció	Igen		Igen, egyenesfutás funkció
Tolófogantyúk	Igen		Igen, tolófogantyúk

5. tétel: Betegőrző monitor

Szállítandó mennyiség: 1 db

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Guangdong Biolight Ltd.

Típus: Biolight M9000A

Hivatalos belföldi szervizpartnere: HOGE Orvosi Műszer Kft.

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
KIALAKÍTÁS		
Képernyőméret	min. 12"	12"
Magyar nyelvű kezelőfelület és menürendszer	Igen	Igen
Egyidejűleg megjeleníthető görbék száma	min. 7	7db
Monitorba beépített hálózati tápegység és akkumulátor	Igen	Igen
EKG		
I, II, III, aVR, aVL és aVF elvezetések egyidejű megjelenítése	Igen	Igen
Szívfrekvencia detektálása, minimum tartomány, szélesebb tartományt lehet ajánlani.	min 15 – 300 bpm	10 – 300 bpm
ST analízis valamennyi EKG elvezetésen	Igen	Igen
Életveszélyes arrhythmiaák felismerése: asystolia, kamrafibrillatio, kamra tahycardia	Igen	Igen
Tartozék:	1 db 5 eres EKG kábel	1 db 5 eres EKG kábel
Noninvazív vérnyomásmérés (NIBP)		
Kézi és automatikus vezérlés	Igen	Igen
Beállítható automatikus mérési idő, kijelzéssel	Igen	Igen
Mérési tartomány, szélesebb tartományt lehet ajánlani.	10-270 Hgmm	10-270 Hgmm
Systoles, diastoles és középnyomás kijelzése	Igen	Igen
Pulzoximetria (SpO2)		
Mérési tartomány	10-100%	0-100%
Szaturációs érték és pletizmográfias görbe megjelenítése	Igen	Igen
Állítható hangerősség	Igen	Igen
A pulzus hangmagassága a szaturációnak megfelelő	Igen	Igen
Tartozék	Többször használatos ujjérzékelő	Többször használatos ujjérzékelő



Légzés		
Mellkasi impedancia-változás módszerével	Igen	Igen
Mérési tartomány:	1-150/min	0-150/min
Riasztás beállított határértékre	Igen	Igen
Apnoe riasztás	Igen	Igen
Hőmérsékletmérés (2 csatorna)		
2 független csatornán, testüregi és bőrfelszíni érzékelőkkel	Igen	Igen, 2 független csatornán, testüregi és bőrfelszíni érzékelőkkel
Mérési tartomány:	0-45 °C	0-45 °C
Kijelzés:	T1, T2 és T1-T2	T1, T2 és T1-T2
Riasztás T1 és T2 értékére	Igen	Igen
Tartozék:	1 db bőrfelszíni és 1db testüregi hőmérő	1 db bőrfelszíni és 1db testüregi hőmérő
Riasztások:		
Riasztás minden fenti mért értékre állítható	Igen	Igen
Trendképzés, adattárolás:	Igen	Igen
Mért paraméterekre trendképzés, hossza minimum 120 óra.	Igen	Mért paraméterekre trendképzés, hossza 168 óra.
Táblázatos és grafikus megjelenítés	Igen	0-45 °C

6. tétel: Gipszelő asztal

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Inmoclinc

Típus: 14754

Hivatalos belföldi szervizpartnere: Smithmann Hungary kft.

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Beégetett műanyagfestéssel ellátott acél vázszerkezet	Igen		Igen, beégetett műanyagfestéssel ellátott acél vázszerkezet
Hidraulikus magasságállítás láppedállal	Igen		Igen, hidraulikus magasságállítás láppedállal
A magasság állítás tartományának a minimuma max. 50 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a magasság állítás tartományának a minimuma 50 cm
A magasság állítás tartományának a maximuma min. 90 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a magasság állítás tartományának a maximuma 90 cm
Két részes fekvőfelület	Igen		Igen, két részes fekvőfelület
Legalább 10 féle színben választható, műbőr huzat	Igen, kérjük megadni		Igen, 12 féle színben választható, műbőr huzat
Állítható fejtartó	Igen		Igen, állítható fejtartó
A fejtartó állíthatósága: min. 0 – 70°	Igen, kérjük megadni		Igen, a fejtartó állíthatósága: 0 – 70°
Orrslicc a fejtartón	Igen		Igen, orrslicc a fejtartón
Legalább 10 féle színben választható, műbőr huzat	Igen, kérjük megadni		Igen, legalább 12 féle színben választható, műbőr huzat
A fejtartó hossza min. 60 cm, max. 65 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a fejtartó hossza 60 cm
A feklap hossza min. 190 cm, max. 200 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a feklap hossza 195 cm
A feklap szélessége min. 55 cm, max. 65 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a feklap szélessége 60 cm
Láypedállal kerekre állítható és gördíthető	Igen		Igen, láypedállal kerekre állítható és gördíthető
Mín. 60 mm átmérőjű ikergörgős kerek	Igen, kérjük megadni		Igen, 60 mm átmérőjű ikergörgős kerek
Mindkét oldalon oldalsínnel ellátva	Igen		Igen, mindkét oldalon oldalsínnel ellátva
Az oldalsínre szerelhető, pozicionáló henger pár	Igen		Igen, az oldalsínre szerelhető, pozicionáló henger pár



7. tétel: Infúziós szék











Mennyiség: 1 db

Gyártó: Inmoclinc

Típus: 21250

Hivatalos belföldi szervizpartnere: Smithmann Hungary Kft.

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Beégetett műanyagestéssel ellátott acél vázszerkezet	Igen		Igen, beégetett műanyagestéssel ellátott acél vázszerkezet
Három részes fekvő felület + fejtartó vagy párna	Igen		Igen, három részes fekvő felület + párna
Elektromosan, kézivezérlővel állítható magasság	Igen		Igen, elektromosan, kézivezérlővel állítható magasság
A magasság állítás tartományának a minimuma max. 55 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a magasság állítás tartományának a minimuma 55 cm
A magasság állítás tartományának a maximuma min. 80 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a magasság állítás tartományának a maximuma 85 cm
Állítható magasságú fejtartó vagy párna	Igen		Igen, állítható magasságú párna
Állítható háttámla	Igen		Igen, állítható háttámla
Minden irányban állítható kartartók	Igen		Igen, minden irányban állítható kartartók
A háttámla állíthatóság: min. 80° tartományszélesség, ahol a kezdő érték a 0° vagy ennél szélesebb tartományban	Igen, kérjük megadni		Igen, a háttámla állíthatóság: 85° tartományszélesség, ahol a kezdő érték a 0°
Állítható egy részes lábtartó	Igen		Igen, állítható egy részes lábtartó
A lábtartó állíthatósága: min. 80° tartományszélesség negatív irányban, ahol a kezdő érték a 0°, vagy ennél szélesebb tartományban	Igen, kérjük megadni		Igen, a lábtartó állíthatósága: min. 90° tartományszélesség negatív irányban, ahol a kezdő érték a 0°

Trendelenburg állítás lehetősége	Igen		Igen, Trendelenburg állítás lehetősége
A Trendelenburg állítás mértéke min. 15°	Igen, kérjük megadni		Igen, a Trendelenburg állítás mértéke 16°
Legalább 10 féle színben választható, műbőr huzat	Igen, kérjük megadni		Igen, 12 féle színben választható, műbőr huzat
A négy láb közül legalább egy szintezhető	Igen, kérjük megadni		Igen, a négy láb közül egy szintezhető
A háttámla hossza min. 75 cm, max. 90 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a háttámla hossza 80 cm
Az ülőlap hossza min. 40 cm, max. 45 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, az ülőlap hossza 45 cm
Az egy részes lábtartó hossza min. 40 cm, max. 50 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, az egy részes lábtartó hossza 50 cm
A három részes feklap hossza min. 175 cm, max. 190 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a három részes feklap hossza 175 cm
A feklap szélessége min. 55 cm, max. 65 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a feklap szélessége 55 cm
Az asztal végéről lábpedállal kerekre állítható és gördíthető	Igen		Igen, az asztal végéről lábpedállal kerekre állítható és gördíthető



8. tétel: Laparoszkoós koaguláló

Mennyiség: 1 db

Gyártó: ERBE Elektromedizin GmbH

Típus: ERBE VIO300S

Hivatalos belföldi szervizpartnere: RB MED KFT

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Hétszegmenses kijelző	Igen	Igen
Monopoláris VÁGÁS		
Monopoláris vágási üzemmódok száma	Minimum 4, kérjük megadni!	AutoCut, HighCut, DryCut, DryCut+
Automatikusan szabályzott vágási teljesítmény maximuma (+/- 10%)	Minimum 300 W, kérjük megadni	300 W
Bipoláris VÁGÁS		
Bipoláris vágási üzemmód		Igen, BipolarCut
Bipoláris vágási teljesítmény maximuma	Minimum 100 W, kérjük megadni!	100 W
Monopoláris Koagulálás		
Monopoláris koagulációs üzemmódok száma	Minimum 6	SoftCoag, ForcedCoag, SprayCoag, SwiftCoag, SwiftCoag+, ClassicCoag
Monopoláris koagulációs teljesítmény	Min. 200 W (legalább egy üzemmódban), kérjük megadni!	200 W (SoftCoag)
Bipoláris Koagulálás		
Bipoláris koagulációs üzemmódok száma	Minimum 2, kérjük megadni!	Bip.SoftCoag, Bip.SoftCoag+AutoStop
Bipoláris koagulációs teljesítmény maximuma	Minimum 120 W (legalább egy üzemmódban), kérjük megadni!	120W
Automatikus START és STOP funkció támogatása	Igen	Igen
Egyéb termékjellemzők		
Felhasználó által definiált programok tárolási lehetősége	Igen	Igen
Működés közbeni hibák automatikus eltárolása	Igen	Igen
Neutrális elektróda figyelés	Igen	Igen
Argon-plazma koagulációs berendezés csatlakoztathatóságának lehetősége	Igen	Igen
Kombinált monopoláris csatlakozó-aljzat (endoszkópos csatlakozók befogadása adapter nélkül) vagy 4mm-es endoszkópos adapter	Igen	Igen
Aktiválási idő monitorozása	Igen	Igen
Bekapcsolási önteszt	Igen	Igen
Két darab (egy egypedálos és egy kétpedálos) lábkapcsoló egyidejű	Igen	Igen

csatlakoztathatóságának lehetősége		
Tartozék az öt készülékhez:		
Két pedálos lábkapcsoló	1 db	1 db
Neutrál elektróda	11 db	11 db
Neutrál elektróda kábel, hossza 4m	11 db	11 db
Kétkapcsolós elektróda nyél	2 db	2 db
Aktív elektróda kábel, hossza 4m	2 db	2 db
Spatula elektróda	2 db	2 db
EPH kábel, 3m	1 db	1 db

A R *W*

9. tétel: Laparoszko pos olló


Mennyiség: 1 db

Gyártó: Mahe Medical GMBH

Típus: 210.33;1960/33;19.240

Hivatalos beföldi szervizpartnere: Surgi-trade Kft 1124Budapest Meredek u.21.

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Hajlított olló	Igen	Igen
Szigetelt	Igen	Igen
Forgatható	Igen	Igen
Szétszerelhető	Igen	Igen
NF-csatlakozóval,	Igen	Igen
Átmérő min. 4,5 mm, max. 5 mm	Igen, kérjük megadni!	Igen, Átmérő 5 mm
Munkahossz min. 320 mm, max. 350 mm	Igen, kérjük megadni!	Igen, Munkahossz 330 mm



10. tétel: Öblítőpumpa

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Medivators Inc.

Típus: EGA-500p

Hivatalos belföldi szervizpartnere: Medirex Zrt.

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Az intézményben üzemelő Pentax processzorral és fényforrással, valamint endoszkópokkal kompatibilis	Igen	Igen
Lámpedálos működtetés	Igen	Igen
Változtatható áramlási érték	Igen	Igen
Súly	max. 6 kg	Igen, 4,8 kg



11. tétel: Vákuum extraktor

Mennyiség: 1 db
 Gyártó: Aisa Medical
 Típus: Polivac B4/SLT 30 1-VE EXP
 Hivatalos beföldi szervizpartnere: Dutchmed Kft. 1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/B.

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Kis és nagysebészeti műtétekhez, valamint endouterin beavatkozásokhoz, vákuum extractiohoz	Igen	Igen
Mobil, gördíthető állványai	Igen	Igen
Antisztalikus fékezhető kerekek	Igen	Igen
Ütésálló kivitel	Igen	Igen
Törhetetlen plexztik tartály	2 db	Igen 2db törhetetlen, polikarbonát, autoklávozható tartály
Tartályok ürtartalma	Min. 4 liter	Igen 4 liter
Tartály tetőbe beépített túlfolyás-gátló rendszer	Igen	Igen
A kezelőfelületről és lábkapcsolóról is működtethető	Igen	Igen
Vákuum megszakító pedál	Igen	Igen
Szívási teljesítmény maximumna	Min. 60 liter/perc	Igen 70 l/perc
Vákuumteljesítmény maximumna	Min. 600 mmHg	Igen 700 mmHg
Tartozékok:		
Tartály + tető	2-2 db	Igen 2db tartály+2db tető
Pneumatikus lábpedál	1db	Igen 1db pneumatikus lábpedál (STOP/PN)
Vákuum megszakító pedál	1 db	Igen 1db vákkumegszakító pedál (STOP/VR)
Standard szilikon cső	2 db	Igen 2db standar szilikoncső 2m (TS/7)
Extractios szilikon cső	2 db	Igen 2db Extractios szilikoncső (TS/A)
Baktérium filter	1 db	Igen 1db baktérium filter (GP/F)

12. tétel: Vizsgáló asztal


Mennyiség: 1 db

Gyártó: Inmoclinc

Típus: 14903

Hivatalos belföldi szervizpartnere: Smithmann Hungary Kft.

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Beégetett műanyagfestéssel ellátott acél vázszerkezet	Igen		Igen, beégetett műanyagfestéssel ellátott acél vázszerkezet
Elektromos magasságállítás	Igen		Igen, elektromos magasságállítás
Vezérlés lábpedállal	Igen		Igen, vezérlés lábpedállal
A magasság állítás minimumának a maximuma 60 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a magasság állítás minimuma 54 cm
A magasság állítás maximumának a minimuma 90 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a magasság állítás maximuma 94 cm
Két részes fekvőfelület	Igen		Igen, két részes fekvőfelület
Legalább 10 féle színben választható, műbőr huzat	Igen, kérjük megadni		Igen, 12 féle színben választható, műbőr huzat
Állítható fejtartó	Igen		Igen, állítható fejtartó
A fejtartó állíthatósága: legalább 70° tartomány szélesség, ahol a minimumérték a 0°	Igen, kérjük megadni		Igen, a fejtartó állíthatósága: 70° tartomány szélesség, ahol a minimumérték a 0°
Orrslicc a fejtartón	Igen		Igen, orrslicc a fejtartón
Varrásmentes huzat a fekvőfelületen	Igen		Igen, varrásmentes huzat a fekvőfelületen
A fejtartó hossza min. 60 cm, max. 65 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a fejtartó hossza 60 cm
A feklap hossza min. 190 cm, max. 200 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a feklap hossza 190 cm
A feklap szélessége min. 60 cm, max. 70 cm	Igen, kérjük megadni		Igen, a feklap szélessége 65 cm
Az asztal mindkét végéről lábpedállal kerekre állítható és gördíthető	Igen		Igen, az asztal mindkét végéről lábpedállal kerekre állítható és gördíthető



13. tétel: Mennyezeti műtűlampa (opció)

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Maquet SAS (Getinge)

Típus: Standop Volista 64 (1 db Volista 600-as és 1 db Volista 400-as lámpafej, rövid gyártói elnevezés STP VST64DF)

Hivatalos belföldi szervizpartnere: Mediszer Kft.

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
2 fejes műtűlampa, LED-es kivitel	igen	Igen, 2 fejes LED-es műtűlampa
Centrális mennyezeti tartóval	igen	Igen, centrális mennyezeti tartóval
Tartószerkezettel, felszerelve kompletten	igen	Igen, tartószerkezettel, felszerelve kompletten
Szerelési magasság (födém): 3,3 m	igen	Igen
Törpefeszültségű tápfeszültség, külső tápegységgel	igen	Igen, törpefeszültségű tápfeszültség, külső tápegységgel
Fényerő/elektromos teljesítmény igény index Lux/W vagy VA (2 fejre összesen)	kérjük megadni	1750 Lux/VA
A fix vízszintes tartókarok 360°-ban körbeforgatható	igen	Igen, a fix vízszintes tartókarok 360°-ban körbeforgatható
A magasság állítható 2. karok végén lévő lámpafej tartó 360°-ban körbeforgatható	igen	Igen, a 2. karok végén lévő lámpafej tartó 360°-ban körbeforgatható
Oldalirányú fej pozícionálhatóság (Rádiusz) : min. 170 cm	igen	Igen, oldalirányú fejpozícionálás 179,6 cm
Tartalék sterilizálható fogantyú összesen a két lámpafejre 8db	igen	Igen, tartalék sterilizálható fogantyúk összesen a két lámpafejre 8db
Fűlampa:		
Fényerő 1m távolságban	kérjük megadni	Igen, 160 000 lx
Elektronikusan mozgó elemek nélkül lámpa fejre szerelt kapcsolóról fókuszálható fénymező átmérője min. 40 mm tartományban változtatható, több fokozatban, vagy fokozatmentesen	igen	Igen, a fénymező átmérője 50 mm
Színvisszaadási index Ra min. 95	igen	Igen, 95 Ra
Színhőmérséklet 4300K° +-10%	igen	Igen, 3900 K
	igen	
Megvilágítási mélység újrafókuszálás nélkül (L1+L2) min. 600 mm	igen	Igen, 110 cm
Lámpafej magasságállítási tartománya min 1000 mm	igen	Igen, 1069 mm
Elektronikus mozgó elemek nélküli lámpafejre szerelt kapcsolókról történő fényerő szabályozás, min. 30-100 % között	igen	Igen, 20-100 % között
Ki- és bekapcsolási lehetőség a lámpafejen	igen	Igen, ki- és bekapcsolási lehetőség a lámpafejen

Endoszkópiás derengőfény funkció	kérjük megadni	Igen, < 500 lx
Endoszkópiás derengőfény max 600 lux	igen	Igen, < 500 lx
LED izzó élettartam min. 40000 óra	igen	Igen, kb. 60.000 óra
Kamera előkészítés HD kamera részére	igen	Igen, kamera előkészítés HD kamera részére
Szatellit lámpa:		
Fényerő 1m távolságban min. 120 000 lx		Igen, 120.000 lux
Elektronikusan mozgó elemek nélkül lámpa fejre szerelt kapcsolóról fókuszálható fénymező átmérője min. 40 mm tartományban változtatható, több fokozatban, vagy fokozatmentesen	igen	Igen, a fénymező átmérője 50 mm
Színvisszaadási index Ra min. 95	igen	Igen, 95 Ra
Színhőmérséklet 4300K° +-10%	igen	Igen, 3900 K
Megvilágítási mélység újrafókuszálás nélkül (L1+L2) min. 600 mm	igen	Igen, 110 cm
Lámpafej magasságállítási tartománya min 1000 mm	igen	Igen, 1010 mm
Elektronikus mozgó elemek nélküli lámpafejre szerelt kapcsolókról történő fényerő szabályozás, min. 30-100 % között	igen	Igen, 20-100 % között
Ki- és bekapcsolási lehetőség a lámpafejen	igen	Igen, ki- és bekapcsolási lehetőség a lámpafejen
LED izzó élettartam min. 40000 óra	igen	Igen, kb. 60.000 óra



14. tétel: Műtőasztal (opció)

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Maquet GmbH (Getinge)

Típus: 1131.12 BETASTAR mobil műtőasztal

Hivatalos belföldi szervizpartnere: Mediszer Kft.

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Minimum 6 részre osztott (fejtartó, felső háttámla, alsó háttámla, ülőrész, osztott lábtartóval együtt)	igen	Igen, 6 részre osztott
Fordított fektetés	igen	Igen, fordított fektetés
Infra távvezérlő mobil töltővel	igen	Igen, infra távirányítóval mobil töltővel
Trendellenburg/ Antirendellenburg állítás $\pm 30^\circ$	igen	Igen, $\pm 30^\circ$
Oldaldöntés $\pm 20^\circ$	igen	Igen, $\pm 20^\circ$
Magasság állítás alsó helyzete max 615 mm, (párnázat nélkül)	igen	Igen, 600 mm
Magasság állítás felső helyzete min 945 mm, (párnázat nélkül)	igen	Igen, 950 mm
Fejtartó állíthatósága min. $+45^\circ$, -60°	igen	Igen, $+47^\circ$ / -61°
Osztott háttámla, elektromotorosan/elektrohidraulikusan állítható min. $+70^\circ$, -40°	igen	Igen, $+70^\circ$, -40°
Osztott lábtartó, elektromotorosan/elektrohidraulikusan vagy manuálisan állítható $+80$, -90°	igen	Igen, $+80$, -90°
Osztott lábtartót gyorscsatlakozóval lehet fel- és leszerelni (nem csavaros rögzítési mód)	kérjük megadni	Igen, az osztott lábtartót gyorscsatlakozóval lehet fel- és leszerelni (nem csavaros rögzítési mód)
Tartalék működtető a műtőasztal tönkön	igen	Igen, tartalék működtető a műtőasztal tönkön
"Nullpont" funkció (adott magasságban vízszintesbe állítja a hosszirányú és oldaldöntést, valamint a háttámlát)	kérjük megadni	Igen, "nullpont" funkció
Tönkben 24 V-os feszültséggel működtethetők a funkciók	igen	Igen, a tönkben 24 V-os feszültséggel működtethetők a funkciók
Akkumulátoros működtetés	igen	Igen, akkumulátoros működtetés
Töltő és vezérlő áramkörök a talpban (nincs külső a műtőasztal töltéséhez szükséges töltő)	igen	Igen, töltő és vezérlő áramkörök a talpban (nincs külső a műtőasztal töltéséhez szükséges töltő)
Az akkumulátor üzemelési időtartama min 1 hét (napi 5 műtéttel számolva)	igen	Igen, akkumulátor üzemelési időtartama min 1 hét
Túltöltés, túlmelegedés elleni védelem	igen	Igen, túltöltés, túlmelegedés elleni védelem
Levehető párnázat vastagsága min 70 mm	igen	Igen, a levehető

		párnázat vastagsága 80 mm
Párnázat mosható, fertőtleníthető	igen	Igen, a párnázat mosható, fertőtleníthető
Antidekubitus hatású párnázat	igen	Igen, antidekubitus hatású párnázat
Kerekek mérete min 100 mm	igen	Igen, a Kerekek mérete 125 mm
Központi fékezhető	igen	Igen, központi fékezhető
A műtőasztal funkcióinak távirányítóval történő mozgatása csak akkor lehetséges, ha a műtőasztal le van fékezve	kérjük megadni	Igen, a műtőasztal funkcióinak távirányítóval történő mozgatása csak akkor lehetséges, ha a műtőasztal le van fékezve
A kerekek nyomot nem hagynak	igen	Igen, a kerekek nyomot nem hagynak
A műtőasztal max. terhelhetősége min 450 kg	igen	Igen, a műtőasztal max. terhelhetősége 454 kg
A feklap mérete min 2050 x 530, oldalsínek nélkül	igen	Igen, a feklap mérete 2060 x 540 mm (oldal sínek nélkül, a megajánlott alaptartozékokkal)
Felső háttámla 1 db	igen	Igen, 1 db 1131.31BC felső háttámla
Osztott lábtartó, terpeszhető, pár, 1 db	igen	Igen, 1 db 1133.53BC osztott, terpeszhető lábtartó
Fejtartó 1 db	igen	Igen, 1 db 1130.64C0 fejtartó
Kartartó (2 db kézrögzítővel) 1 db	igen	Igen, 1 db 1001.44D0 állítható oldal kartartó 2 db rögzítővel
Líra (sín rögzítővel és hosszabbítóval) 1 db	igen	Igen, 1 db 1002.57A0 altató líra magasságban állítható, dönthető, forgatható az oldalsíne a 1003.23C0 radiálszorítóval rögzíthető, 1002.59A0 líra hosszítóval
Infúziós állvány, magasságban állítható, dönthető, 4 db horoggal, rm, oldalkartartóra is felszerelhető 1 db	igen	Igen, 1 db oldal kartartóra is felszerelhető 1009.01C0 infúziós állvány, 4 db horoggal
Csuklóbilincs 1 db	igen	Igen, 1 db 1002.24C0 csuklóbilincs

Pénzügyi ajánlat

Adásvételi szerződés műtőtermi készülékek és műszerek szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére

	Megnevezés	Menny. (Db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó össz.ár (Ft)	ÁFA %	Bruttó össz. Ár (Ft)
1.	Altatógép	1	11 973 760 Ft	11 973 760 Ft	27%	15 206 675 Ft
2.	Artroszkópos optika	1	825 550 Ft	825 550 Ft	27%	1 048 449 Ft
3.	Állítható kezelőágy	1	877 800 Ft	877 800 Ft	27%	1 114 806 Ft
4.	Állítható magasságú fekvőkocsi	1	909 150 Ft	909 150 Ft	27%	1 154 621 Ft
5.	Betegőrző monitor	1	643 430 Ft	643 430 Ft	27%	817 156 Ft
6.	Gipszelő asztal	1	825 550 Ft	825 550 Ft	27%	1 048 449 Ft
7.	Infúziós szék	1	1 243 550 Ft	1 243 550 Ft	27%	1 579 309 Ft
8.	Laparoszkópos koaguláló	1	3 231 620 Ft	3 231 620 Ft	27%	4 104 157 Ft
9.	Laparoszkópos olló	1	99 000 Ft	99 000 Ft	27%	125 730 Ft
10.	Öblítőpumpa	1	693 000 Ft	693 000 Ft	27%	880 110 Ft
11.	Vákuum extraktor	1	715 000 Ft	715 000 Ft	27%	908 050 Ft
12.	Vizsgáló asztal	1	757 620 Ft	757 620 Ft	27%	962 177 Ft
	Összesen:			22 795 030 Ft	27%	28 949 688 Ft
13.	Mennyezeti műtőlámpa (opció)	1	5 220 000 Ft	5 220 000 Ft	27%	6 629 400 Ft
14.	Műtőasztal (opció)	1	13 027 500 Ft	13 027 500 Ft	27%	16 544 925 Ft
	Összesen:			18 247 500 Ft	27%	23 174 325 Ft

