

SZERZŐDÉS
FELTÉTELES

4620/2 számú szerződés

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció külön mellékletében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja:

mely létrejött egyrészről a

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet

Székhely: 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10.

Képviseli: Dr. Benedek Zoltán főigazgató

Bankszámlaszáma: Magyar Államkincstár 10033001-00324223-00000000

Projekt alszámlaszáma:

KSH statisztikai számjel: 15367307-8610-312-08

Adószáma: 15367307-2-08

Telefon: +36 30/670-8272

Fax: +36 96/242-224

mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

- * **Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 98. b. ép.)**
Képviseli: Tóth Ákos vezérigazgató
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044186
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11909879-2-42
Statisztikai számjel: 11909879-4774-114-01
Számlaszám: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
11500092-11023713-00000000

- a továbbiakban: Szállító -

Között az alábbi feltételek szerint:

Preambulum:

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló módosított 2011. évi CVIII. törvény alapján nyílt eljárást bonyolított le „**KEOP 5.6.0/E/15 azonosító számú projekt keretében megvalósított program**” keretében. Szállító, aki az Ajánlati Dokumentációban meghatározott termékek gyártásában/forgalmazásában nagy tapasztalattal rendelkező, elismert szakkég, részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást az ajánlati felhívás II.2.1. pontjában meghatározott I. rész (Digitális felvételi és átvilágító röntgen berendezés) tekintetében megnyerte.

Szállító megismerte a KEOP 5.6.0/E/15 pályázatban a szállítókra vonatkozó elvárásokat és azokat magára nézve elfogadta.

A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentáció II. 22. pontjában rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi szerződést kötik:

1.) **Szerződés tárgya:**

1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által kidolgozott, 2015. június 01. keltezésű 4620/Kapuvár/15. számú és megnevezésű a KEOP 5.6.0/E/15 azonosítószámú pályázathoz Ajánlati Dokumentációban meghatározott és a jelen szerződés 1. számú mellékletében megnevezett orvosi műszer(ek) és eszköz (ök) - a továbbiakban: áruk - adásvétele, valamint az ehhez kapcsolódó, e szerződésben részletezett szolgáltatások nyújtása (lásd Szerviz és Szolgáltatási kérdés csomag).

1.2. A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelniük a Szállító által ajánlata részeként becsatolt dokumentumoknak, a II. . számú mellékletek szerinti specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a Szállító ajánlatának részeként becsatolt prospektusokban/leírásokban szerepelnek. Az üzembe helyezést és próbaüzemet, Szállítónak, minden esetben, a leszállítandó áru(k) jellegének, azok specifikációjának és a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.

2.) **Szerződéses érték:**

A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő teljes összeg **Nettó 120.500.000,- Ft + ÁFA**, azaz Nettó –Egyszázhuszmillió-ötszázezer- Ft + ÁFA, amely a jelen szerződésben meghatározott teljesítési helyre költségmentesen leszállítva paritáson értendő azzal, hogy az ár tartalmazza az Ajánlati Dokumentációban előírt, a Szállító által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét.

A megnevezést és tételes árlistát a jelen szerződés I.. számú, a részletes orvos-szakmai paramétereket, vállalásokat a II.. sz. melléklete tartalmazza.

A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3.) pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

3.) **Fizetési mód:**

3.1. Megrendelő a szerződés teljes ellenértékét az áruknak a jelen szerződés 4.2. pontjában rögzítettek szerinti maradéktalan és szerződésszerű leszállítását, valamint üzembe helyezését és **3 munkanapos próbaüzemét** követő jegyzőkönyvi átadása után, a Szállító által kiállított, a Megrendelő általi befogadásra alkalmas számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg.

A nyertes Szállítóként szerződő félnek az Ajánlatába tett nyilatkozata szerint igazolnia kell az energia-felhasználás csökkenését. Az előírt energia megtakarítás előzőek szerinti igazolása a vég számla kifizetésének feltétele.

A feltételes közbeszerzéssel lefolytatott, megkötött a feltételes közbeszerzés eredményeként létrejött szerződés az alábbiakról rendelkezik:

Szállító nyilatkozik, hogy az új berendezés szállítás, üzembe helyezés, és a szállítói mérés elvégzése a felhívásban foglalt energia felhasználás csökkenését szolgálja.

Szállító szolgáltatja továbbá a fenti feladatokra vállalt átfutási időt, a fenntartási időszak (5) év végéig tartó szállítói jótállást, ehhez kapcsolódóan a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartás vállalását, valamint az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló további méréseket és a vállalt indikátorok teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtását a KEOP-5.6.0/E/15: „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” pályázatban megfogalmazott feltételek szerint

A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát és megnevezését is: „Pályázati azonosítószám: KEOP-5.6.0/E/15: „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása”

A számlák kifizetése a Kbt. 130. § (1) (4) (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései, továbbá a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően közvetlen szállítói finanszírozással történik.

Megrendelő a szerződéskötést követően a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57/A. § (b.) pontja alapján 30% előleget nyújt az 57/A. § (3) bekezdés alapján nyújtott biztosíték esetén. A 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57/A.§-ban foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Szállító nyilatkozik, hogy a szállítói előleg folyósítását igényli, éspedig nettó 12.050.000,- Ft+ ÁFA összegben, amely a jelen szerződés keretében elszámolható összeg 10 %-a."

Szállító, amennyiben igényli, az 1 darab előleg számlán túl, az elvégzett munkákról egy darab végszámlát bocsát ki. A végszámla a sikeres próbaüzem lezárultát követően nyújtható be. A kibocsátás alapja a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás és a hiány- és hibamentes lezárt, mind a Megrendelő, mind a Szállító által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv. A jelen szerződés szerint kiállított és leigazolt végszámla összege a Szállító Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. -nél vezetett 11500092-11023713-00000000 számú bankszámlájára átutalásra kerül.

A vállalkozói előleg és a végszámla kifizetése az igazolt teljesítést (vállalkozói előleg esetén előlegbekérő levél beérkezését) követően a Kbt. 130. § (1), (4) és (6) bekezdése alapján történik. Lásd 3.1. pontnál írtak.

A vállalkozói előleg esetében a 4/2011 (I. 28.) Kormányrendelet 57./A §-ában foglaltak az iránymutatóak.

Szállító köteles a számlák tartalmára vonatkozó Megrendelői előírásokat betartani – a számlán fel kell tüntetni a projekt megnevezését és azonosítószámát. A számlák tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetésért Megrendelő nem tartozik felelősséggel.

A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-a hatálya alá esik.

Fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk. 6:155. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

3.2. A Szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek:

Késedelmi kötbér:

A Szállítónak felróhatóan bekövetkező késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér mértéke: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a szerződéses nettó érték 0,5 %-a/naptári nap.
A fizetendő késedelmi kötbér mértékének felső határa 30 napi kötbér mérték lehet.

A késedelmi kötbér maximum 30 eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt napig kerül felszámításra, ezt követően a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.

Hibás teljesítésre vonatkozó kötbér mértéke: minden, a javításra előírt határidőn túl (2 munkanap) eltelt naptári nap után):

- az I. számú rész esetében: 100 000 HUF/nap.

- A II. számú rész esetében: 100 000 HUF/nap

- A III. számú rész esetében: 60 000 HUF/nap

A fizetendő hibás teljesítésre vonatkozó kötbér mértékének felső határa 30 naptári napi kötbér mérték lehet.

Szállító késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

Meghiúsulási Kötbér: Szállítónak felróható okból a szerződés nemteljesítése illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a Szállító által fizetendő kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses érték 5 százaléka.

A Ptk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezettségek akkor érvényesíthetőek, ha a nyertes Szállító olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

Előleg-visszafizetési biztosíték: Szállító a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy előleg igénylése esetén az előleggel történő elszámolást a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletben felhatalmazott a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által részletesen szabályozott módon köteles megtenni.

Szállítói előleg igénylése esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdése alapján a nyertes Szállító köteles a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt Szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani.

Az előleg-visszafizetési biztosíték kedvezményezettje a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja. Előleg visszafizetési biztosítékként a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Eladó cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92.§ (1) szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékként (4/2011. Korm. r. 57/A.§ (3)).

A biztosíték a Szállítóként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik megjelölt, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában, illetve módon. (Kbt. 126. §. (6) bekezdés b) pontja)

Részletszabályok: http://palyazat.gov.hu/szallitoi_eloleg_dokumentumai

A Kbt. 126. § (4) bekezdés alapján, amennyiben Szállító a teljesítés során előleget igényel, az erre vonatkozó biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia legkorábban a szerződéskötés időpontjától.

A fenntartási időszak (5 év) végéig tartó szállítói jótállást és az ehhez kapcsolódóan a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartást kell Szállítónak vállalnia.

4.) Áruszállítási feltételek és határidők:

- 4.1. Szállító az árukat a „teljesítési helyre költségmentesen leszállítva” paritás szerint szállítja le Megrendelő részére.
- 4.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az árukat a jelen szerződés aláírását követően **90 napon, de legkésőbb a KEOP-5.6.0/E/15: „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” pályázatban meghatározott határidőn belül leszállítja, üzembe helyezi és a sikeres próbaüzemet követően átadja Megrendelő részére.**
- 4.3. Szállító részszállításra kizárólag a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása esetén jogosult.

4.4. Szállító az áru tervezett feladását megelőző 5 nappal telefax útján és egyidejűleg elektronikus levél formájában is értesítést küld Megrendelő részére, melyben az alábbi adatokat közli:

- * a leszállítandó áruk megnevezése,
- * a ládák száma, méretei és tömege (bruttó, nettó),
- * a csomagolás módja.

Megrendelő a fenti értesítés kézhezvételétől számított 48 órán belül tartozik Szállítónak visszaigazolást küldeni arról, hogy az adott szállítmányt milyen időpontban tudja fogadni.

A fogadási időpont az értesítés kézhezvételétől számított 10 napnál későbbi időpontra nem határozható meg. A fentiekkel összhangban Szállító Megrendelő előzetes írásos visszaigazolása hiányában, illetve a visszaigazolásban megállapítottól eltérő időpontban csak akkor jogosult szállítani, ha Megrendelő visszaigazolási kötelezettségének 7 napon belül nem tesz eleget vagy a visszaigazolt időpont eltér a jelen pontban meghatározottaktól.

Amennyiben a Megrendelő által visszaigazolt fogadási időpont úgy kerül meghatározásra, hogy a jelen szerződésben rögzített szállítási határidőt Szállító kizárólag emiatt mulasztja el, vele szemben a késedelemből származó jogkövetkezmények nem alkalmazhatók.

Megrendelő szállítási időpontot tartalmazó visszaigazolásának megküldését követően, a szállítmány útnak indítását megelőzően Szállító az alábbi információkat köteles Megrendelővel telefaxon és egyidejűleg elektronikus levél formájában közölni:

- * a fuvarozó és a fuvarszköz azonosításra alkalmas pontos megjelölése,
- * a szállítmány megérkezésének várható időpontja,
- * a származási bizonyítvány másolata (pld. EUR-1.).

A Szállító az áru feladását követően a származási bizonyítvány 1 eredeti példányát haladéktalanul megküldi Megrendelő részére.

5.) Csomagolás:

5.1 Szállító az árukat a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A ládákon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek.

5.2. A csomagolási megjelölésen az alábbi adatok szerepelnek:

- * Megrendelő neve: **Lumniczer Sándor Kórház - Rendelőintézet**
- * a szállítási hely megnevezése:
- * a láda tartalma,
- * a szerződés száma: **4620/2**
- * ládaszám,
- * bruttó és nettó súly,
- * szállítási cím: **9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10.**

6.) **Az áruk átvétele és tárolása:**

- 6.1. Az áruk leszállítását a Szállító olyan módon köteles megszervezni, hogy az áruk fuvarszekőzből történő lerakása és rendeltetési helyükön történő elhelyezése saját költségére és veszélyére Szállító kötelezettsége. A leszállított áruk fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése ugyancsak Szállító kötelezettsége.

A fentieknek megfelelően a ládabontást - külső sérülés esetét kivéve - a rendeltetési helyen, illetve szükség esetén rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a Szállító szakemberei végzik Megrendelő jelenlétében.

A ládabontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket Szállító az üzembe helyezésre előírt határidőn belül utánszállítással vagy cserével saját költségére tartozik orvosolni.

- 6.2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a 4.2. és 4.3. pontban foglaltak szerint leszállított áruk tekintetében biztosítja Szállító számára az áruk fuvarszekőzből történő lerakásakor, azok rendeltetési helyükön való azonnali elhelyezésének és az érintett helyiségek zárhatóságának lehetőségét.

Az áruk elveszéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az áru üzembe helyezése tárgyában a szerződés 7.2. pontja szerint felvételre kerülő jegyzőkönyv keltéig Szállítót terheli.

7.) **Szerelés, üzembe helyezés:**

- 7.1. Szállító és Megrendelő az áruk leszállításától számítva 10 napon belül végzi el az áruk szükség szerinti felszerelését, **majd 3 munkanapig tartó próbaüzemmel** egybekötött üzembe helyezését.
- 7.2. Szállító és Megrendelő a felszerelésre megállapított határidő lejártáig köteles a szerelési munkák befejezéséről és az áruk üzembe helyezéséről, valamint a próbaüzemről jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az áru paramétereinek a felek általi beméréséről készült adatokat.

A jegyzőkönyv tartalmazza az üzembe helyezett áru tartozékainak tételes jegyzékét, az azokon fellelhető esetleges külsérelmi nyomokat, az áru paramétereinek a felek általi beméréséről készült adatokat, valamint a próbaüzem alatt tapasztalt eseményeket.

A sikeres próbaüzemet is magában foglaló üzembe helyezésről felvett jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírásának időpontja tekintendő a szerződés teljesítése szempontjából irányadó azon időpontnak, amikortól Megrendelő a szerződés tárgyát képező árut mennyiségileg és minőségileg átveszi.

Az üzembe helyezés abban az esetben sikeres, ha az üzembe helyezett áru tartozékaival együtt a próbaüzem alatt rendeltetésszerű használatra alkalmasan üzemel. A próbaüzem ideje 3 munkanap.

- 7.3. Szállító az áruk 7.2. pont szerinti, a sikeres üzembe helyezés tényét rögzítő jegyzőkönyvi átadásakor köteles minden egyes áruhoz (kivéve, ha ez az áru természete folytán szükségtelen) 2 példány magyar nyelvű felhasználói kézikönyvet csatolni. Az áru jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentációk hiányában Megrendelő jogosult megtagadni.
- 7.4. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő megfelelő szakismerettel rendelkező orvosait és asszisztenseit és az érintett műszaki szakembereket az üzembe helyezés befejezéséig kiképzik az áruk rendeltetésszerű használatára. Amennyiben erre külföldön kerül sor a felmerülő utazási költséget, napidíjat és szállásköltséget Szállító viseli. Felek a kiképzés megtörténtét mindkét fél által aláírt oktatási jegyzőkönyvvel igazolják. Az oktatási jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi a képzés valamennyi résztvevője által aláírt jelenléti ív

8.) Garancia:

- 8.1. Szállító a fenntartási időszak (5 év) végéig tartó szállítói jótállást és az ehhez kapcsolódóan a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartást kell Szállítónak vállalnia a KEOP-5.6.0/E/15: „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című pályázatban meghatározottak szerint.

Amennyiben a garanciaidő alatt az áruk valamelyike meghibásodik és funkciójának megfelelően nem használható, az emiatt felmerülő állásidő kétszeresével áruként megnövekszik a garanciaidő.

- 8.2. Szállító kötelezi magát, hogy a garanciális feladatok ellátására megfelelő felkészültségű, kellő számú, magyarul beszélő szakemberrel rendelkező magyarországi szervizbázist tart fenn. A garanciális időszak alatt előforduló meghibásodásokat a Szállító - saját választása szerint - cseré vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki.

Szállító a garanciális kötelezettség teljesítése során biztosítja, hogy szakemberei: Orvosi műszerek esetében: a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdik a hiba kijavítását és a lehető leggyorsabban befejezik azt, beleértve a hétvégéket és ünnepnapokat is.

- 8.3. Az egyes árukra vonatkozó speciális garanciális feltételeket - melyek azonban a jelen szerződésben rögzítettekénél hátrányosabbak nem lehetnek Megrendelő számára, vagy amennyiben hátrányosabbak, úgy a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az egyes árukhoz mellékelt garanciajegyek tartalmazzák.

- 8.4. A Szállító teljes körű szavatosságot vállal Megrendelővel szemben az általa az árukkal együtt leszállításra kerülő szoftverek felhasználóságáért.

Szállító kijelenti és teljes körű felelősséget vállal azért, hogy Megrendelő a leszállított szoftvereket a jelen szerződés alapján korlátozás nélkül jogosult az áruk működtetése során felhasználni, és a szoftverek Megrendelő általi használatát harmadik személyek joga semmilyen formában sem akadályozza.

9.) **Az áru garanciaidőn túli ellátása:**

A Szállító az árukhoz szükséges tartalék alkatrészeket a sikeres próbaüzem befejezésétől számított minimum **8 (nyolc)** évig biztosítja. Szállító, saját feltételei alapján, ennél az időtartamnál kizárólag hosszabb időtartamot biztosíthat.

A kötelező jótállási időn túl szükséges, ill. leszállított tartalék alkatrészek költsége Megrendelőt terheli.

10.) **Engedélyek, adók, illetékek:**

Szállító kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áru rendelkezik a forgalomba hozatalhoz szükséges valamennyi engedéllyel, az áru importból történő beszerzése esetén valamennyi adót és illetéket a Szállító teljes egészében megfizette.

11.) **Hatálybalépés:**

Jelen feltételes szerződés a Támogatói Okirat megkötését követően lép hatályba.

A Kbt. 40. § (3) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani.

A Kbt. 40. § (4) bekezdés alapján, a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása olyan körülmény, amely okán Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki.

Amennyiben Szállító a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő (azaz szállítás, üzembe helyezés, próbaüzem együttesen, napokban) tekintetében két hónapot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és az ezzel kapcsolatban felmerülő maximális kötbérigényét érvényesíteni.

12.) **Egyéb rendelkezések:**

12.1. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés kizárólag a Kbt. 132 §-ban rögzített feltételek fennállása, és az abban rögzített szabályok figyelembe vételével, írásos formában módosítható.

12.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon, elektronikus levél formájában) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.

A felek közötti levelezés nyelve a magyar.

12.3. Jelen szerződés I. számú melléklete (megnevezés és tételes árlista) és a II. sz. melléklete (részletes orvos-szakmai paraméterek, vállalások), a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

12.4. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erő következménye, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre, illetőleg a jelen szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám a következményeik - melyek meggátolják, vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.

Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be.

Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány.

A jelen szerződés teljesítésében akadályozott félnek haladéktalanul írásban kell tájékoztatnia a másik felet az ellenállhatatlan erő bekövetkeztéről. Az értesítésnek tartalmaznia kell azt is, hogy az adott fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit várhatóan mikor tudja teljesíteni, amennyiben ez az értesítés időpontjában felmérhető.

Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet haladéktalanul értesíteni kell, továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő elháríthatatlan események miatt halasztást szenvedett intézkedéseket mikor fogatosítják.

Amennyiben a jelen szerződés teljesítése valamely vis major jellegű esemény következtében 1 hónapon túli halasztást szenved, a felek megvitatják jelen szerződés megfelelő módosítását. Amennyiben az említett 1 hónapos időszak lejártát követő 15 napon belül sem jutnak egyezsége, úgy jelen szerződést bármely fél jogosult - 1 hónapos határidővel - felmondani.

12.5. Szállító jelen szerződés teljesítése során nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

12.6. A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

12.7. A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes

szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a nyertes Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.8. A külföldi adóilletőségű Szállító köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

13.) Bíróság, alkalmazandó jog:

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton, közvetlen tárgyalások révén rendezni.

Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita elbírálására a perértéktől függően, a Megrendelő székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a magyar anyagi jog, így különösen a Ptk. és a Kbt. szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

14.) A szerződés szoros és elválaszthatatlan mellékletei:


A jelen szerződés **szoros és elválaszthatatlan részét képezik az alábbi** - további részletekbe menő egyes szakmai, vállalási, stb. feltételeket tartalmazó - mellékletek:

- I. számú melléklet: Ártáblázat
- II. számú melléklet: Kitöltött orvos-szakmai kérdőív és Szerviz és Szolgáltatási kérdés csomag.
- III. számú melléklet: Előlegvisszafizetési garancia vagy biztosíték
- IV. számú melléklet: Szállítói előleg biztosítékának nyújtását, hitelt érdemlően bizonyító okiratot, befizetési bizonylat.
- V. számú melléklet: Szállítói nyilatkozat szállítói előleg igényléséről
- VI. számú melléklet: Szállítói nyilatkozat a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról


A jelen szerződés **további** melléklete:

- VII. számú melléklet: Ajánlati Felhívás
- VIII. számú melléklet: Ajánlati dokumentáció,
- IX. számú melléklet: Nyertes Szállító ajánlata
- X. 1:100 léptékben elkészített vázlatszerű elhelyezési rajz

Kapuvár, 2015. augusztus 17.



Medirex Zrt.
mint Szállító
képviseli: Tóth Ákos



Lunniczter Sándor Kórház-Rendelőintézet
– mint Megrendelő –
képviseli: Dr. Benedek Zoltán főigazgató



I. számú Melléklet

a 4620/2 számú szerződéshez

ÁRTÁBLÁZAT

KEOP 5.6.0/E/15 - „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzések támogatása”

ÁRTÁBLÁZAT

4620/Kapuvár/15. "Különféle orvosi berendezések"

**Ajánlattevő:
Medirex Zrt.**

Poz.	Megnevezés	Mennyiség/db	Gyártó	Ajánlott termék/típus	Egységár nettó HUF	Összesen nettó HUF	ÁFA %	Egységár bruttó HUF	Összesen bruttó HUF	Minőségi/teherbírási tanúsítvány engedélyszáma
I. RÉSZ	Digitális felvételi és átvilágító röntgen berendezés	1	Shanghai Medical Equipment Ltd. (SSME) Béker szoft Kft Belux Csoport Kft.	Luminos Fusion DIVAS VISION szoftver Globalspeech radiológiai beszédleíró szoftver	120 500 000	120 500 000	27	153 035 000	153 035 000	1G1 13 07 62575 034 30/08/2012/ 10/03/2015/
I. RÉSZ MINDÖSSZE						120 500 000			153 035 000	

II. szerű Melléklet
a 4620/2 szerű szerződéshez

ORVOS-SZAKMAI KÉRDŐÍV
És
Szerviz és Szolgáltatási kérdés csomag

1. Digitális felvételi/átvilágító röntgen berendezés

Telepítési helyszín: Tüdőgondozó, 9330 Kapuvár, Kossuth Lajos u. 3.

Szállító neve és címe:			Medirex Zrt. 1142 Budapest Erzsébet királyné u.98/b
Szállítandó tétel típusa:			Luminos Fusion DIVAS VISION szoftver Globalspeech radiológiai beszédleíró szoftver
A gyártó megnevezése:			Shanghai Medical Equipment Ltd. (SSME) Béker szoft Kft Belux Csoport Kft.
Mennyiség:	1 db		1 db
Származási ország:			Kína
Érvényben lévő OTH regisztrációs szám:			KEF-9745-2/2012
Minimum műszaki előírás	Minimum Elvárás	Súlyszám	Ajánlott paraméter
Vizsgálószerkezet			
Dönthető vizsgálószerkezet	Igen		Igen
Felül csöves (OT) elrendezés	Igen		Igen
Dönthetőség	+89 fok / -17 fok		+90/-17 fok
Asztallap legalacsonyabb magassága padlótól mérve	Max. 90 cm Adja meg a minimális és a maximális magasságot		89 cm

Úszóasztallap mérete	Min. 200 x 80 cm		210x80 cm
Asztallap motorikus hosszirányú mozgatása Előny a megléte!	Igen / Nem	S=10	Igen
Asztallap hosszirányú mozgástartománya Előny a nagyobb mozgás! A 0cm a minimális pontszámot kapja! A maximum 160 cm vagy annál nagyobb értékek a maximális pontszámot kapják! Közötte a pontkiosztás a egyenes arányosítás képletével történik.	Min. 0 cm Kérjük megadni	S=20	160 cm
Asztallap motorikus keresztirányú mozgás tartománya	Min. 30 cm Kérjük megadni		35 cm
Asztallap teherbírása	Min. 180 kg Kérjük megadni		200 kg
Asztallap sugárszűrése	Max. 0,75mm Al egyenértékű Kérjük megadni		0,65mm Al egyenértékű
Fókusz – képfelvévő távolság	Min. 120 – 140 cm vagy szélesebb tartomány. Kérjük megadni		115-150 cm
Motoros fókusz – film távolság beállítás	Igen		Igen
Sugárirányú dönthetőség	Min. +/- 40 fok Kérjük megadni		+/- 40 fok
Csőtartó állvány hosszirányú, motorikusan állítható mozgás	Min. 100 cm Kérjük megadni		105 cm

tartománya			
Vezérlés			
A mozgások vezérlése, csak emberi kéz érintésére aktiválódó joystick-kal (bármilyen egyéb gomb megnyomása nélkül) a véletlen mozgások elkerülése miatt	Igen/Nem	S=20	Igen
Távírányítási vizsgálószerkezet vezérlés	Igen		Igen
Generátor, és képfeldolgozó rendszer paramétereinek kiválasztása érintőképernyőről lehetséges Előny a megléte!	Igen / Nem	S=5	Igen
Flat detektor			
Detektor mérete	Min. 41x 41 cm Kérjük megadni		43x43 cm
Detektor mátrix nagysága pixelben	Min. 2500 x 2500 Kérjük megadni		2840 x 2874 pixel
Pixel méret	Max. 150 µm Kérjük megadni		148 µm
Átkapcsolható mezőméretek száma	Min. 3 mező Kérjük megadni		4 mező
Monitorok megtekintésre			
Lehetőleg 2 db flat monitor TFT kijelzővel,	Min. 1 db Kérjük megadni		2 db
Monitorok mérete	Min. 18'' Kérjük megadni		19''
Monitorok felbontás	Min. 1280x1024 pixel Kérjük megadni		1280x1024 pixel

Monitorok tipikus fényereje	Min. 400 cd/m2 Kérjük megadni		400 cd/m2
Digitális feldolgozás			
Képrögzítés	1024 mátrixban, min. 10 bit Kérjük megadni		16 bit
Képmegjelenítés	Min. 1024 mátrixban Kérjük megadni		16 bit
Képtároló kapacitása 1024x1024 mátrixban	Min. 25000 kép Kérjük megadni		50000 kép
DICOM megfelelés	Igen		Igen
DICOM funkciók:	Legalább: – Dicom send – Dicom Worklist – Dicom Print Kérjük megadni a továbbiakat		– Dicom send – Dicom Worklist Dicom Print
Beépített CD/ DVD, USB archiválás	Igen Kérjük megadni		Igen
Zajszűrés	Igen		Igen
Alapvető képfeldolgozási műveletek:	Igen		
Ablakolás	Igen		Igen
fényerő/kontrasztszabályozás	Igen		Igen
Élkiemelés	Igen		Igen
Képelforgatás	Igen		Igen
Röntgengenerátor			

Nagyfrekvenciás	Igen		Igen
Névleges kimenő teljesítmény	Min. 65 kW Kérjük megadni		65 kW
Radiográfia:			
Csőfeszültség	Legalább 40-150 kV Kérjük megadni		40-150 kV
Maximális csőáram felvételnél	Min. 600 mA Kérjük megadni		800 mA
Maximális mAs	Min. 600 mAs Kérjük megadni		800 mAs
Beépített AEC	Igen		Igen
Testtáj szerinti programozás	Igen		Igen
Beírható programok száma	Min. 200 Kérjük megadni		1000
Legrövidebb expozíciós idő	Min. 1 ms Kérjük megadni		1 ms
Fluoroszkópia:			
Pulzatis átvilágítási csőáram tartomány	Legalább 0,5-10 mA Kérjük megadni		0,2-23 mA
Röntgenső			
Gyorsfordulatú	Min. 8500 fordulat/perc Kérjük megadni		8500 fordulat/perc
Feszültségtartomány	40 – 150 kV Kérjük megadni		40 – 150 kV
Kis fókuszmérete	Max. 0,6 mm Kérjük megadni		0,6 mm
Nagy fókuszmérete	Max. 1,0 mm Kérjük megadni		1,0 mm
Anód hőkapacitása	Min. 600 kHU		783 kHU